

WAAGEN-GRISSHABER GMBH

Waagen-Schneidemaschinen - Fachhandel und Reparatur

Mittlere Straße 39
D-79292 Pfaffenweiler

Tel. 07664 - 75 67
Fax 07664 - 63 84
Mobil 0170 - 341 75 71

info@griesshaber-waagen.de
www.griesshaber-waagen.de

Amtl. zugel. Instandsetzer

Kennbuchstabe: 
Kennnummer:

Mitglied der Handwerks-,
Industrie- und Handelskammer



Kalibrierprotokoll zur Waagenprüfung

Betreiber

Prüfling: Waage

Hersteller: _____
Waagen-Typ: _____
Waagen-Nr.: _____
Betr.-ID-Nr.: _____
Standort: _____

Bemessungsbasis:

Bestimmung der PTB:

QS-Festlegung:

DAkS zertifizierte Prüfgewichte

Satz-Nr. _____ Klasse: _____

Prüfschein-Nr. _____

Höchstlast Max: _____ Mindestlast Min: _____ Eichwert e: _____ Teilungswert d: _____	Eichfehlergrenzen			
	<input type="checkbox"/> Feinwaagen Kl.I	Min ≤ 50.000e	50.000e ≤ 200.000e	> 200.000e
<input type="checkbox"/> Präzisionswaagen Kl.II	Min ≤ 5.000e	5.000e ≤ 20.000e	> 20.000e	
<input type="checkbox"/> Handelswaagen Kl.III	Min ≤ 500e	500e ≤ 2000e	> 2000e	
Zulässiger Fehler	0,5e	1,0e	1,5e	

Prüfung der Wiederholbarkeit (bei ~ 1/2 Max)

Zul. Toleranz: _____

Messung	Anzeige	Fehler
1		
2		
3		
4		
5		

Prüfung der Exzentrizität (bei ~ 1/3 Max)

Zul. Toleranz: _____

Pos.	Anzeige	Fehler
1		
2		
3		
4		
5		

Messreihe (zum Zeitpunkt der Prüfung)

	Minus Anzeige		Sollgewicht	Plus Anzeige	
1					
2					
3					
4					
5					
	nach Justierung	vor Justierung		vor Justierung	nach Justierung

Abweichungen liegen innerhalb der zul. Toleranz

Abweichungen liegen nicht innerhalb der zul. Toleranz

Bemerkung: _____

Datum: _____

Unterschrift: _____